



COTAÇÃO DE PREÇOS: Nº 897/2018/300

OBJETO: COLUNAS CROMATOGRAFICAS

VENCIMENTO: 07/12/2018

CONDIÇÕES GERAIS

- **Condição de Pagamento: 30 DDL.**
- Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A, na forma do Decreto n^o 55.357, de 18/01/2010, ficando ajustado que o comprovante do crédito será reconhecido pela contratada como documento de quitação do débito.
- **A proposta deverá ser encaminhada via e-mail, mencionando em assunto o n^o desta cotação no endereço: proposta_cetesb@sp.gov.br.**
- A proposta deverá Indicar marca; catálogo ou referência do produto ofertado, acompanhada das respectivas especificações.
- A proposta deverá ter o nome do responsável por sua formulação.
- O julgamento das propostas será feito por itens distintos e baseados nos preços e prazos de entrega apresentados.
- A validade da proposta não deverá ser inferior a 60 dias, a contar da data do encerramento da cotação.
- **Os materiais ofertados serão para entrega e/ou instalação na CETESB – na Av. Professor Frederico Hermann Junior, n^o 345, Alto de Pinheiros, São Paulo – SP. (quaisquer condições de entrega diferente desta, deverá ser informada na proposta).**
- Proposta apresentada em desconformidade com o solicitado poderá ser desconsiderada.



NO CASO DE CONTRATAÇÃO, CONSTARÁ DO CONTRATO AS SEGUINTE PENALIDADES:

A inexecução total ou parcial do contrato ou cometimento de falhas de qualquer natureza que comprometam, em qualquer grau, o cumprimento das obrigações assumidas, garantida prévia defesa, sujeitará a contratada, sem prejuízo das sanções previstas em lei, as seguintes penalidades:

- a. advertência e/ou multa conforme Resolução SMA nº 57 (ANEXO);
- b. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CETESB, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses; e
- c. declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 anos.

§ 1º – As penalidades são autônomas e a aplicação de uma delas não exclui a aplicação de outra.

§ 2º – A multa, que é de caráter penal, não exclui o direito da CETESB de exigir pagamento para cobertura de perdas e danos de outros eventuais prejuízos.

**CLEUZA COSTA DE AGUIAR
SETOR DE COMPRAS E IMPORTAÇÃO**



PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO		

OBS: A PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADA CONFORME MODELO ACIMA, ACOMPANHADA DA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO OFERTADO.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM 01

QTDE.: 1 UNIDADE

COLUNA CROMATOGRÁFICA CAPILAR, EM SILICA FUNDIDA, PARA ANÁLISE DE PCBS (BIFENILAS POLICLORADAS) CAPILAR FABRICADA EM SÍLICA FUNDIDA PARA SER UTILIZADAS EM CROMATOGRÁFIA GASOSA PARA ANÁLISE DE PCBS (BIFENILAS POLICLORADAS), DIMENSÕES: 60 M DE COMPRIMENTO; 0,25 MM DE DIÂMETRO INTERNO E 0,25 MICROMETROS DE FILME. FASE: 8% PHENYL POLICARBORANE SILOXANE. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 360°C OU SUPERIOR. COLUNA DE BAIXO SANGRAMENTO, PARA GC/MS. A COLUNA DEVE, OBRIGATORIAMENTE, SER ACOMPANHADA DE CROMATOGRAMA QUE COMPROVE A SEPARAÇÃO DOS CONGÊNERES DE PCBS DE MANEIRA IGUAL OU MAIS EFICAZ QUE COLUNAS DO TIPO SGE - HT8-PCB (P.N. 054236) **SOC. 115243**

ITEM 02

QTDE.: 1 PACOTE

PRE-COLUNA CROMATOGRÁFICA ESPECÍFICA PARA COLUNA PINNACLE II PAH DA RESTEK; 10MM X 4,0 MM X 5?M.PACOTE COM 3 UNIDADES. REFERENCIA RESTEK 921950210. – **SOC. 115402**

ITEM 03

QTDE.: 1 UNIDADE

COLUNA HPLC ZORBAX ECLIPSE PLUS RRHD 2,1 X 50MM 1,8UM C18 SUPORTE PRESSÕES DE ATÉ 1200 BAR; TAMANHO DE PORO: 95A; ÁREA SUPERFICIAL: 160M2/G; LIMITE DE TEMPERATURA: 60°C; FAIXA DE PH: 2,0-9,0. – **SOC. 115082**

ITEM 04

QTDE.: 1 UNIDADE

COLUNA CROMATOGRÁFICA CAPILAR, EM SILICA FUNDIDA, PARA ANÁLISE DE PBDES (DIFENIL ÉTER POLI BROMADOS). PARA SER UTILIZADAS EM CROMATOGRÁFIA GASOSA, DIMENSÕES: 15 M DE COMPRIMENTO; 0,25 MM DE DIÂMETRO INTERNO E 0,10 MICROMETROS DE FILME. FASE: 5% DIPHENYL, 95% DIMETHYL POLYSILOXANE. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 360°C OU SUPERIOR. COLUNA DE BAIXO SANGRAMENTO, PARA GC/MS. A COLUNA DEVE, OBRIGATORIAMENTE, SER ACOMPANHADA DE CROMATOGRAMA QUE COMPROVE A SEPARAÇÃO DOS CONGÊNERES DE PBDES DE MANEIRA IGUAL OU MAIS EFICAZ QUE COLUNAS DO TIPO RESTEK - RTX-1614 (P.N. 10296. – **SOC. 115231**